



O componente protético Transfer destina-se a procedimento especializado que deve ser realizado exclusivamente por profissionais habilitados. A escolha inadequada dos componentes protéticos, bem como o uso sem conhecimento dos procedimentos apropriados e/ou condições inadequadas, poderá causar resultados indesejáveis no procedimento protético.

INDICAÇÃO DE USO

Transfer é um componente utilizado para moldagem e transferência da posição do implante ou componentes protéticos para o modelo de trabalho com o objetivo de confecção da prótese sobre o modelo de trabalho. A seleção do Transfer a ser usado deve estar de acordo com o modelo do implante ou dos componentes protéticos. São produtos usados para realizar a transferência da posição e dimensões dos implantes dentários e intermediários protéticos (micro pilar, mini pilar e pilares) para um modelo laboratorial de gesso para posterior confecção da prótese. Indicado para técnicas de Moldeira Aberta ou Fechada.

CONTRA INDICAÇÕES

O Produto é contra indicado para pacientes que apresentam sinais de alergia ou hipersensibilidade aos componentes químicos do material: Aço Inox ASTM A303/304.

Os Transfers não apresentam contra-indicações quando utilizados para a finalidade a que se destinam, seguindo suas instruções de uso.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Os Transfer estão acondicionados individualmente (único), em uma embalagem primária envelope papel grau cirúrgico rotulada. Embalagem secundária cartonada. Estão na forma de "Não Estéril" com indicação de "Esterilizar antes do Uso".

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESCRIÇÕES DOS TRANSFER

Este produto é fabricado em aço inox conforme norma ASTM 303/304, não estéril e uso único. Fornecidos na técnica de Moldeira Aberta e Moldeira Fechada, para Implantes e Componentes:

Implantes:

Implantes HE de plataforma 3.3, 4.1, 4.3 e 5.0.

Implantes HI

Implantes CM

Componentes:

Micro Pilar

Mini Pilar 4.1 e 5.0

Pilar CM

Pilar 4.1 e 5.0

Compatibilidade Implantes HE					
Transfer HE	Plataforma (mm)	Sextavado (mm)		Rosca (mm)	
HE 3.3	3.3	2.40		1.8	
HE 4.1	4.1	2.70		2.0	
HE 4.3	4.3	2.70		2.0	
HE 5.0	5.0	3.30		2.5	
Compatibilidade Implantes CM					
Transfer CM	Plataforma (mm)		Ângulo CM (°)	Rosca (mm)	
CM 3.3	2.5		11°30'	1.8	
CM 4.5	2.5		11°30'	1.8	
CM WS	3.0		11°30'	1.8	
Master CM 3.3	3.0		16°	1.6	
Master CM 4.5	3.0		16°	1.6	
Compatibilidade Implantes HI					
Transfer HI	Plataforma (mm)	Sextavado (mm)		Rosca (mm)	
HI	4.10	2.50		1.8	
Compatibilidade Pilares					
Transfer Pilar	Plataforma (mm)			Rosca (mm)	Ø Cone (mm)
Micro Pilar	3.5			1.4	2.70
Mini Pilar 4.1	4.8			1.4	3.95
Mini Pilar 5.0	5.4			2.0	4.50
Pilar 4.1	4.8			1.4	3.95
Pilar 5.0	5.4			2.0	4.50
Pilar CM	4.8			2.0	4.00
Pilar Master CM	4.8			2.0	4.00

MANUSEIO

Deverão ser esterilizados, antes do uso. Abrir a embalagem de forma asséptica e verificar a integridade do produto.

Utilizar o Transfer selecionado de acordo com as técnicas odontológicas e planejamento do profissional.

Instrumentais utilizados para a instalação: chaves e conexões odontológicas sextavado 1.2mm.

Encaixar o Transfer selecionado de acordo com a técnica de moldagem planejada e instalar no implante ou componentes protéticos. Após o uso, descartar conforme a legislação vigente. Usar Técnica asséptica.

**ESTERILIZAÇÃO**

Os Transfers são fornecidos "Não estéreis" deveram ser esterilizados por método de vapor úmido (autoclavagem), à temperatura de 120°C sob pressão de 1atm por 30 minutos, antes de sua inserção na cavidade bucal. Abrir a embalagem de forma asséptica sacar o Transfer e esterilizar em autoclave. A embalagem não é recomendada para a esterilização em autoclave. A cadeia asséptica dos procedimentos deve ser observada durante toda a execução do caso. Recomenda-se seguir o método de esterilização por autoclave a vapor conforme os parâmetros e procedimentos estabelecidos na norma ABNT NBR 17665-1 Esterilização de Produtos para Saúde – Vapor, ou que se proceda conforme manual de instruções do fabricante do aparelho autoclave.

PRECAUÇÕES e ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar o produto que apresente a embalagem danificada, violada.
- Deverá ser utilizado somente por profissionais adequadamente habilitados em implantodontia e/ou prótese. O uso do produto sem conhecimento das técnicas e/ou procedimentos e condições inadequadas, poderá gerar resultados não satisfatórios.
- Os Transfers são fornecidos não-estéreis e devem ser esterilizados antes da sua utilização. Produto de uso único. Proibido Reprocessar. O Transfer é de uso único, o reuso pode ocasionar efeitos adversos decorrentes de resíduos de produtos, microrganismos e/ou substâncias decorrentes de usos anteriores e/ou do reprocessamento;
- Certifique-se de alinhá-lo ao eixo de instalação do implante e Pilares, evitando travamento e danos à rosca.
- Assegurar que o produto não seja engolido ou aspirado pelo paciente.
- Não utilize o produto se sua validade estiver expirada.

ARMAZENAMENTO

Os Transfer devem ser armazenados em ambiente limpo, seco, protegido da ação do sol e afastados de produtos químicos voláteis para evitar corrosão.

TRANSPORTE

Os Transfer devem ser armazenados em ambiente limpo, seco, protegido da ação do sol.

DESCARTE DE MATERIAIS

Todos os materiais de consumo utilizados na cirurgia poderão apresentar riscos à saúde de quem os manuseia. Antes de serem descartados ao meio ambiente, recomenda-se consultar e cumprir a legislação vigente.

PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade deste produto é indicado no rótulo.

SIMBOLOGIA

	validade		Mantenha afastado da luz solar		Código do lote		Número de catalogo
	Tamanho do produto		Consulte as instruções de Uso		Conserve seco		Não utilize se a embalagem estiver danificada
	Não Reutilize		Material de Fabricação do Produto		Fabricante		Quantidade
	Data de fabricação	PROIBIDO REPROCESSAR	Proibido Reprocessar		Não Estéril		

REF.: 14HE33MA; 14HE41MA; 14HE43MA; 14HE50MA; 14HE33MF; 14HE33MFRT; 14HE41MF; 14HE41MFRT; 14HE43MF; 14HE43MFRT; 14HE50MF; 14HE50MFRT; 14CMRMA; 14CMLMA; 14CMRMF; 14CMLMF; 14CMRMART; 14CMLMART; 14CMRMFRT; 14CMLMFRT; 14PSTMF; 14PSTMA; 14PSTMART; 14MCMRMA; 14MCMLMA; 14MCMRMF; 14MCMLMF; 14MCMRMART; 14MCMLMART; 14NCMMA; 14NCMMART; 14NCMMF; 14HIMA; 14HIMF; 14MCPMA; 14MP41MA; 14MP41MF; 14MP50MAS; 14MP50MF; 14P41MA; 14P41MF; 14P50MA; 14P50MF; 14PCMMA; 14PCMMF; 14PMCMA; 14PMCMMF; 18HE33MA; 18HE33MF; 18HE41MA; 18HE41MF; 18HE50MA; 18HE50MF; 18TCMRMA; 18TCMLMA; 18TCMRMF; 18TCMLMF; 18TCMRMART; 18TCMLMART; 18TCMRMFRT; 18TCMLMFRT; 18TNCMMA; 18TNCMMART; 18TNCMMF; 18THIMA; 18THIMF; 18TMCPMA; 18TMP41MA; 18TMP41MF; 18TMP50MA; 18TMP50MF; 18TP41MA; 18TP41MF; 18TP50MA; 18TP50MF; 18TPCMMA; 18TPCMMF; 18TPCMMA; 18TPCMMF

Fabricante: WWM Peças Odonto Ltda.

Rua: José Rodrigues Pinheiro nº 2160 Bairro: Cidade Industrial Curitiba – PR CEP: 81170-200

CNPJ: 50.424.986/0001-03 SAC.: (41) 99685-3819

Responsável Técnico: Barbara de Lima Miranda CREA-PR: 216333/D

Registro Anvisa: 82960769005